

دفتر شروط فني لتوريد ستة مجاهر ضوئية

الكمية	الوحدة	الوصف	متسلسل
٦	عدد	مجهز ضوئي لوصف العينات	١
		كل مجهر مجهز بعدسات عينية عدد اثنان وعدسة جسمية واحدة وتوجد امكانية الحركة للعدسات والتباعد بينها	١-١
٦	عدد	وحدة إضاءة مستقلة لكل مجهر	٢-١
		التغذية الكهربائية للمجاهر ٢٢٠ فولط متناوب ٥٠ هرتز	٣-١
٦	عدد	محول كهربائي ١٢ فولط يعطي تنوع في شدة الإضاءة	٤-١
		مجال قوة التكبير من ٨ مرات حتى ٥٠ مرة	٥-١
		عدسات المجاهر مقاومة للتآكل والتأثر بالحموض والأبخرة والرطوبة	٦-١
		كل مجهر مجهز بقاعدة متينة وصندوق للحماية أثناء النقل وغطاء للحماية من الغبار	٧-١
		قطع تبديل	٢
٦	زوج	عدسات عينية	١-٢
٦	عدد	عدسات جسمية	٢-٢
١٢	عدد	لمبة هالوجين	٣-٢
		ملاحظات	٣
		تقديم نشرات فنية ومخططات أثناء تقديم العرض	١-٣
		يحدد بلد المنشأ والصانع	٢-٣
		تقديم بيان جمركي وشهادة منشأ عند التوريد .	٣-٣

Technical specification for six micro scopes

S . r	Description	Unite	Qty
1	Microscope for sample description	Pec	6
1.1	Microscope with two eyepiece lenses and one objective lens with movement ability and space adjustment between them.		
1.2	An independent lighting unite.	Pec	6
1.3	The power supply 220V – 50HZ		
1.4	12V converter gives variable illumination.	Pec	6
1.5	Magnification unite from 8 times – 50 times.		
1.6	Microscope with corrosion resistance lenses of acid fumes and humidity		
1.7	The microscope equipped with a solid base and a box for safety transportation and a cover for dust protection .		
2	Spare parts		
2.1	Eyepiece lenses	Pair	6
2.2	Objective lenses	Pec	6
2.3	Halogen lamp	Pec	12
3	Remarks		
3.1	Technical catalog or sheet must be included with the offer		
3.2	Manufacturer and country of origin must be mentioned		
3.3	Submit customs declaration and a certificate of origin upon supply		