

دفتر الشروط الفني

البند الأول: قطع تبديل لجهاز التحليل العنصري C.N.H.S.O. طراز EURO EA 3000		متسلسل
	عمود مفاعل كوارتز عدد / ١ /	١
	حبيبات نحاس عالي النقاوة / ١٠٠٠ / غرام	٢
P/N 5021 - 1845	حبات عمود عدد / ٢ /	٣
البند الثاني: قطع تبديل لجهاز الكروماتوغراف السائل H.P.L.C. طراز 1200 series		متسلسل
2140 - 0813 OR 2140 - 0590	لمبة ديتيريوم	١
61103 - 60001	لمبة تنفسن	٢
79926BD - 595	عمود تحليل إنتقائي Hypessil BDS - C18 4.6 X 150 5 micron	٣
G1311 - 60009	صمام رأس مضخة ١٢٠٠	٤
61315 - 60022	خلية تدفق Flew cell	٥

- على المعارض تقديم شهادة منشأ و بيان جمركي للمواد المطلوبة عند التوريد.